

8

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.
CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластири медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Tape Non-woven "H Dr. House" Пластир медичний на нетканій основі "H Dr. House"	Specification Розмір	1,25cm×500cm, 2,5cm×500cm, 5cm×500cm
Order No./ Заказ №	LXC22020168	Lot No./ Партія №	22020168
Quantity Кількість	24 000 Rolls 24 000 шт.	Test Date Дата перевірки	2022.05.23
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153029	Date of report Дата звіту	2022.05.23
Дата виготовлення	2022.06	Термін придатності	2027.05


Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Результат перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
2.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	The tape Should be clean, the back does not leak plastic, should be homogeneous, smooth, no stains, no holes, there is no point degumming Стрічка має бути чистою, зворотня сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обклеювання	---	OK Відповідає	
2.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	cm	≥495.0	501.0	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	1.25/2.5/5.0±0.05	1.25/2.5/5.0	OK Відповідає
2.3	Glue content Вміст клею	g/m ²	≥20 g/m ²	32	OK Відповідає	
2.4.1	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.4	OK Відповідає	
2.4.2	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5mm	0	OK Відповідає	
Test Conclusion: The product is in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20153029/Висновки перевірки продукту відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153029						

Інспектор(Inspektor):

Рецензен(Review):

Затверджувач(Approver):



Вх. ам 0034
Вх. ам 0009
Вх. ам 0033

big 20.02.2023
big 20.02.2023
big 20.02.2023

Ред