



Україна, 02140, м. Київ, вул. Революційна, буд. 54, офіс 284.

тел. +380 68-728-3315 е-пошта: biolika22@gmail.com

Код ЄДРПОУ 39572899 ІВАН ІВА: 03052790000046006015700075

ЦАГ «Приватбанк» ІВН 295728926810

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №389/08-2022 від 17.08.2022

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний Biolika на тканинній основі з брильянтовим зеленим 19мм x 72мм №10
НОМЕР ПАРТІЇ	20220819721-TOZO08
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	5 000 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2022-08
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	2027-08
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 32.5-39572899-001:2018

ОПИС	Пластир являє собою стрічку тканини, на одну сторону якої рівномірним шаром нанесена пластирна маса і прикріпленою подушечкою просоченою брильянтовим зеленим розчином, та захисний папір, який покриває всю клейку сторону стрічки з подушечкою.
------	---

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результат випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні вклучення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 мм ± 5мм Ширина 19 мм ± 5 мм	72 мм 19 мм	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

Вимоги до зберігання: Зберігати в сухому місці при температурі +5°C до +30°C

Висновок: Пластир медичний бактерицидний Biolika на тканинній основі з брильянтовим зеленим 19мм x 72мм №10 партії 20220819721-TOZO08, дата виготовлення серпень 2022 року, відповідає вимогам ТУ У 32.5-39572899-001:2018 за перевіреними показниками.

Дата оформлення: 17.08.2022 року

Начальник ВТК ТОВ «Киевфармгруп»



Ключков Д.Г.



Вхакт 0532 05 06 10 22