

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу:

Пластир медичний фіксуєчий "MEDICARE" (в рулоні; на нетканій основі, 10см x 10м)

Виробник:

ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях "PHARMAPLAST SAE", Єгипет

Номер партії:

15E24

Дата виготовлення:

2024.05

Термін придатності:

2029.05

| № | Параметр що тестується |         | Од. виміру       | Вимоги                                                                                                                                                | Данні тестування | Фактичний результат |
|---|------------------------|---------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|
| 1 | Зовнішній вигляд       |         | -                | Пластир має бути чистим, лицьова частина не містить клею, має бути однорідною, гладкою, без плям, дірок, не повинно бути ділянок без клейкої речовини | -                | Відповідає вимогам  |
| 2 | Основні розміри        | Довжина | см               | 1000 ±2,0                                                                                                                                             | 1000,0           | Відповідає вимогам  |
|   |                        | Ширина  | см               | 10,0 ±0,05                                                                                                                                            | 10,0             | Відповідає вимогам  |
| 3 | Вміст клею             |         | г/м <sup>2</sup> | 30 – 35г/м <sup>2</sup>                                                                                                                               | 32               | Відповідає вимогам  |
| 4 | Міцність на відрив     |         | Н/25мм           | 11 ±3                                                                                                                                                 | 11,5             | Відповідає вимогам  |

**Висновок:** медичний виріб відповідає вимогам специфікації

Номер технічного файлу та декларації відповідності

СУЯ відповідає міжнародному стандарту

СУЯ відповідає стандарту України

№ 50-5-PP


ISO 13485:2016

ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості

Дата видачі сертифікату: 03.09.2024

Ольга ДОРОГУНЦОВА



Віддано 1926

Ч. 10. 10. 24