



SINCE 1965
 75, Seon-ro, Idong-myeon, Cheongju, Yongsin-si, Chungcheong-do, 449-834 Republic of Korea
 Q/A Dept. E-mail: Address@y-d-diagnostics.com
 Homepage: http://www.yd-diagnostics.com
 Tel No. (82) 31-325-2000 Fax No. (82) 31-325-2002



EN ISO 13485
 ISO 9001
 REGISTERED
 QUALITY SYSTEM

Бланк компанії YD Diagnostics EN ISO 13485
 ISO 9001
 TUV зареєстрована система якості

Сертифікат безпеки

Для випадкової вибірки контролю якості

Назва продукту: Тест-смужка URISCAN 1 глюкоза Дата: Лютий 23, 2023
 (1 показник)

Партія: 19301 Кінцевий термін реалізації: 2026.01.30
 Дата виробництва: 2023.02.14


CERTIFICATE OF SAFETY

Date of Issue: February 23, 2023

PRODUCT NAME URISCAN 1 Glucose strip
 LOT No. 19301 EXP. Date 2026.01.30 MFD 2023.02.14

GENERAL DESCRIPTIONS

- Description Impregnated encapsulated chemicals and enzymes on filter paper and stick on plastic film.
- Potential Hazard Nil
- Fire Hazard Nil
- Explosion Hazard Nil
- Storage Condition Store at room temperature, avoiding excessive heat and moisture. Do not freeze. (0-30°C (32-86°F))



- Protective Clothing Required Nil
- Special Precautions For in vitro diagnostic use only.
- Method of Disposal Wrap in vinyl envelope.

HEALTH AND FIRST AID

- Eye Contact Irrigate with copious amounts of fresh water.
- Skin Contact Wash with clean water or soap and water.
- Inhalation If inadvertently longtime inhaled, move to an outside area and breathe fresh air, clear the nose by blowing.
- Ingestion Flush out the mouth with water.

E. Y. Kim

Manager of Quality Assurance Dept.

ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Опис:	На підставі цієї доповіді за безпеку функціонування папірці з професійним використанням.
Потенціал небезпеки:	Нуль
Вогнебезпечність:	Нуль (за умов належного використання)
Взбухонебезпечність:	Нуль
Умови зберігання:	Зберігати при кімнатній температурі не вище 30°C (86°F). Не заморожувати. Зберігати стабільність до закінчення строку придатності. Не використовуйте тест-смужки, якщо є ознаки забруднення.
Захисний одяг:	Не потребується
Запобіжні заходи:	Для професійного використання in vitro
Утилізація:	Викиньте у контейнер
ПЕРША ДОПОМОГА	
При контакті з очима:	Промити проточною водою
При контакті зі шкірою:	Промити водою або водою з милом
При вдиханні:	При випадковому вдиханні слід вивести на зовнішній простір і дихати свіжим повітрям, очистити ніс промудою.
При ковтанні:	Промити рот водою

Менеджер по забезпеченню якості: E. Y. Kim

Компанія YD прагне забезпечити високу якість продукції своїм клієнтам

YD Diagnostics IS COMMITED TO PROVIDING THE HIGHEST QUALITY PRODUCTS TO ITS CUSTOMERS

YD Diagnostics