

81

Паспорт

Тест-смужки діагностичні для визначення рН вагінальних виділень
CITOLAB™ рН

Нормативний документ ТУ У 20.5-32208905-008:2017

Каталожний номер DCLABPHSS25

Серія 240813

Використати до 12.08.2026 р.

Фізичні параметри:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ
Зовнішній вигляд	Пройшов
Маркування	Пройшов
Комплектність	Пройшов

Характеристики роботи тесту:

Показник	Контрольний зразок 1	Контрольний зразок 2	Пройшов контроль, кількість
рН	4,0-4,4	6,5-7.0	10/10

Показники якості тест-смужки діагностичної для визначення рН вагінальних виділень CITOLAB™ рН, серія 240813, відповідають ТУ У 20.5-32208905-008:2017.

Серію визнано придатною до використання.

Менеджер з контролю якості: Вустенко М.

Підпис

Дата 07.10.2024 р.

