



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а
e-mail: office@meddev.group тел./факс: +38 044 501 92 16

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 60/0119

Пластир косметичний для полегшення дихання Вільний подих №4

Серія № 1511118

Дата виготовлення: грудень 2018

Термін придатності: грудень 2023

Кількість продукції в серії: 1 000 уп.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 602-123-20-2/47396 від 23.11.2018р.

Аналіз виконано за ТУ У 21.2-39289080-005:2018


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-005:2018 п. 3.2.2.2	Косметичний пластир білого кольору на нетканій основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень	Відповідає
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^3$	Менше 10^*	Відповідає
	Staphylococcus aureus, у 1,0 г	Не виявлено*	Відповідає
	Escherichia Coli, у 1,0 г	Не виявлено*	Відповідає
	Pseudomonas aeruginosa, у 1,0 г	Не виявлено*	Відповідає
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ТУМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^2$	Менше 10^*	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 5,9 см $\pm$ 5мм Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-005:2018 п.3.2.2.1	5,9 см	Відповідає
	Ширина – 5 см $\pm$ 5мм Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-005:2018 п.3.2.2.1	5,0 см	Відповідає
Комплектність, маркування, пакування	Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-005:2018 п.3.4;3.5	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам.	Відповідає

* Випробування проведене Державним підприємством «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

Висновок: Пластир косметичний для полегшення дихання Вільний подих №4, серії 1511118, дата виготовлення: грудень 2018, відповідає вимогам ТУ У 21.2-39289080-005:2018 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва
22.01.2019р.



Зименко О.В.

66 24 2355
1612 2 80