

	СЕРТИФІКАТ ГОТОВОГО ПРОДУКТУ			№:016/2024
	Форма № F-SZI-SOP-16-02	Версія №: 3	Дійсна з 01.04.2019	Дата дослідження: 26.02.2024
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ: Іаріклін Спрей (спрей для чищення вух) 20 мл	Серія номер: ERC0124			
	Розмір серії: 24 360 x 20 мл			
	Термін придатності: 2027-01			
	Дата виробництва: 2024-01			
Відповідно до специфікації SPG № 030/WM редакція 04 від 07.12.2022				
Вид дослідження	Вимоги			Результат
Зовнішній вигляд, колір, запах	Прозора, від безбарвного до злегка жовтуватого кольору рідина, допускається опалесценція, запах характерний для використовуваної сировини.			Прозора, від безбарвного до злегка жовтуватого кольору рідина, допускається опалесценція, запах характерний для використовуваної сировини.
Щільність d_{20} [г/мл]	1,186 – 1,260			1,215
ТАМС [КУО/г або КУО/мл]	Макс. 2×10^2			<10 КУО/г
ТУМС [КУО/г або КУО/мл]	Макс. 2×10^1			<10 КУО/г
<i>Staphylococcus aureus</i>	Відсутність в 1 г або 1 мл			Відсутні
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	Відсутність в 1 г або 1 мл			Відсутні
Вміст в одиничній упаковці [мл]	20,00 ± 5%			20
Вміст докuzuату натрію* [%]	1,80 – 2,20			2,02

*Тест проведений на bulk

Продукт виготовлений відповідно до вимог належної виробничої практики та відповідає вимогам до медичних виробів. Заключення: Партія була дозволена / ~~не дозволена~~* на основі сертифіката аналізу № 001/2024 від 26.02.2024 та перевірена щодо пакування та коректності маркування

Гофарм Сп. З о.о. Сп. К.

Підпись действительна

Документ, підписаний
 Йоанна Старжик; Гофарм Сп. З о.
 о. Сп. К.

28.02.2024

Дата: 2024.02.28 11:13:31 СіТі

Дата

Підпис

Переклад: Начальник ВКЯ (УО К)

Марія БОНДАР

