



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-01877 від 11 квітня 2024 р.

Назва медичного виробу: **Відріз марлевий медичний нестерильний 2 м*90 см**

Номер партії: 04

Термін придатності: Квітень 2030 р.

Дата виробництва
(випуску) продукції: 9 квітня 2024 р.

Кількість продукції в серії: 2 409 шт

Аналіз виконано згідно: ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Розміри	Довжина, м $2,00 \pm 0,05$	1,96
	Ширина, см 90 ± 4	90
Опис	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає
Кількість оверлочних швів	В комплекті дозволяється один оверлочний шов	Відповідає
Кількість відрізів довжиною 2 м у комплекті	1 шт.	Відповідає
Упаковані відрізи повинні мати розміри	Довжина, см 24 ± 5	22
	Товщина, см $4,0 \pm 1,5$	4,7
Маркування	Згідно ТУ У 24.4-01973472-004:2011	Відповідає

Висновок: Відповідає вимогам ТУ У 24.4-01973472-004:2011

Дата 11.04.2024

Начальник ВКЯ

Штамп

Каллер І.В.



Вх. 1044

В.Г.ГОЗОВИЧ

