

TRUST. SINCE 1991

Rüppurrer Str. 1 A, Haus B . 76137 Karlsruhe .

Germany

СЕРТИФИКАТ АНАЛИЗА

Наименование продукта: Перчатки хирургические латексные припудренные текстурированные стандарт класс одноразовые (размер 7,0) 1314371A

Стандарты: Вся продукция протестирована согласно стандартам ISO 10282, EN 455, часть 1, часть 2 и часть 3, отбор испытательных образцов проводится согласно MIL-STD 105E / ISO 2859-1

Размер	Кол-во (пар.)	№ лота	Дата произ-ва	Годен до	Дата акта контроля:
7,0	100000	203104555SPZA	07-2020	07-2025	24.07.2020

Отсутствие отверстий (испытание на водонепроницаемость) и визуальный осмотр

	Уровень контроля	Результат
Водонепроницаемость	G1, AQL 1.5	соответствует
Видимые дефекты (Уровень контроля: G1)		
крупный дефект	AQL 1.5	соответствует
мелкий. дефект	AQL 2.5	соответствует

Размеры


Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
Длина	S2, AQL 4.0	270 мм	соответствует
Ширина	S2, AQL 4.0	89±5 мм	соответствует
Толщина одной стенки манжеты миним	S2, AQL 4.0	0,10мм	соответствует
Толщина одной стенки ладони миним	S2, AQL 4.0	0,13мм	соответствует
Толщина одной стенки пальцев миним	S2, AQL 4.0	0,13 мм	соответствует

Биологические требования

Стерильность	должна быть стерильной	соответствует
--------------	------------------------	---------------

Физические параметры (прочность)

Показатели	Уровень контроля	Норма	Результат
До ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует
Растяжение		Мин. 600%	соответствует
После ускоренного старения			
Сила при разрыве	S2, AQL 4.0	Мин. 9 N	соответствует



VOGT MEDICAL VERTRIEB GMBH

Rüppurrer Straße 1 A, Haus B 76137 Karlsruhe

Количество порошка

Требование: не более 10 мг/ дм².

Результат: соответствует требованиям

Вывод: Настоящим подтверждается соответствие испытанных образцов требованиям стандартам. Vogt Medical Vertrieb GmbH 30.07.2020, Карлсруэ

М.ан. N 1896 Вг 14.09.2021