

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: **Відріз марлевий медичний нестерильний "MEDICARE",
5м x 90 см, тип 20**
Виробник: **ТОВ «Допомога-І»**
Номер партії: **0010623**
Дата виготовлення: **2023-06**
Термін придатності: **2028-06**

Найменування показників	Норми	Результати перевірки
Довжина виробу, м	5 ±0,2	5
Ширина виробу, м	0,9 ±0,02	0,9
Склад бавовна	100%	100%
Мінімальна поверхнева густина, г/м ²	не менше 28	32,5
Кількість ниток на 100 мм за основою	120±6	120
за утком	80±5	76
Мінімальне розривне навантаження, Н, на 50 мм за основою	60	68,8
за утком	35	40,3
Втрати під час сушіння, %	не більше 8	6,23
Час занурення, с	не більше 10	6
Флуоресценція	Відсутність інтенсивної флуоресценції	Відповідає вимогам
Кислотність-лужність	Після додавання індикаторів, суміш не повинна бути рожевого кольору	Відповідає вимогам
Білизна, %	не менше 80	80,74
Ефіро-розчиненні речовини, %	не більше 0,5	0,09
Екстрагований барвник	Безкольорова витяжка	Відповідає вимогам
Крохмаль та декстрин	Не допускається	Відсутній
Сульфатна зола, %	не більше 0,4	0,06
Капілярність, см	не менш 6,0	6,2

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам специфікації

Номер технічного файлу та декларації відповідності

СУЯ відповідає міжнародному стандарту

СУЯ відповідає стандарту України

№ 64-FZ

ISO 13485:2016

ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості О.В. Дорогунцова

Дата видачі сертифікату: 18.07.2023



Ф 4.2.3-1 ред _

Вхак 175107250818