

Liepaja Special Economic Zone LLC "NordePlast"  
 VAT number: 42103074684  
 Ziemeļu str. 19, Liepaja, LV-3405, Latvia  
 Phone number: +371 20037773  
 e-mail: [info@nordeplast.com](mailto:info@nordeplast.com)



## QUALITY CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Пластир медичний Кінезіо тейп, 5см x 5м (чорний)

**Kinesio tape 5 cm x 5 m**

Date of manufacture / Дата виготовлення - 2024-05

Expiry date / Термін придатності - 2029-04

LOT number / Партія -240059

Name / Назва		Unit / Одиниця виміру	Technical data / Технічні дані	Technical Requirement / Технічна вимога	Actual Result / Фактичний результат
Appearance / Зовнішній вигляд		-	Plaster is a clean, even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир чистий, гладкий, промазаний клеєм, без плям, на задній частині пластиру не нанесений клей	Plaster should be Clean even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластир повинен бути чистим, гладким, промазаним клеєм, без плям, на задню частину пластиру не наноситься клей	OK / Відповідає
Size / Розмір	Width / ширина	cm	5 cm	Permissible deviation of linear sizes not more than 10% / Допустимі відхилення лінійних розмірів не більше 10%	OK / Відповідає
	Length / довжина	m	5 m		OK / Відповідає
Glue content / Вміст клею		g/m <sup>2</sup>	45	≥ 35 g/m <sup>2</sup>	OK / Відповідає
Peel strength / Міцність на розрив		N/cm	2,5	≥ 1%	OK / Відповідає
Adhesiveness / Клейкість		mm	0	≥ 2,5 mm	OK / Відповідає
Elastic ratio / коефіцієнт пружності		%	170	≥ 150%	OK / Відповідає
The conclusion: The product in conformity with the technical requirements of standard / Висновок: продукт відповідає технічним вимогам стандарту					

Liepaja special economic zone LLC "NordePlast"  
 Ліспайська спеціальна економічна зона ТОВ «НордеПласт»

Quality management system specialist Jekaterina Stamerē  
 Фахівець із управління системи якості Єкатерина Стамєре

Liepaja/Лиепая  
 03.10.2024

Dr. ee 50831

25. 10. 2024