



LYNCMED MEDICAL TECHNOLOGY (Beijing) CO.,LTD

联医医疗科技（北京）有限公司


司 报告编号 Номер звіту: 20210102001

检验报告 Звіт про перевірку

表单编号 Номер форми: L-QM-IC0015-F05B

检验日期 Дата перевірки: 2021 年 1 月 2 日

订单号 Номер замовлення		HJEDU200911001-001		检验员 Інспектор				
供应商 Постачальник		LM		产品货号 Код продукту		O32IELG193002/ O32IELG192002		
产品名称 Найменування		Латексні рукавички		批号 Номер партії		202012		
订单数量 Кількість		S		M		L <input checked="" type="checkbox"/>		
Шт		-		1825000		1825000		
XL						-		
检验项目 Вид перевірки								
A. 数量检验 Кількість								
货号 Код продукту	尺寸 Розмір	订单数量 Кількість замовлення (Ящиків)	实际数量 Фактична кількість (Ящиків)	每箱数量 Коробок у Ящику (Коробок)	抽样数量 Обсяг вибірки (Ящиків)	每盒数量 Шт у Коробці	抽样数量 Обсяг вибірки (Коробок)	检验结果 Результат перевірки
O32IELG193002	M	1825	1825	10	23	100	250	Пройдено
O32IELG192002	L	1825	1825	10	23	100	250	Пройдено
B. 外观检验 Зовнішній вигляд								
针孔测试 Прокол								
抽样标准 Відбір проб		ISO 2859-1, I		接收标准 ДМЯ		4.0		
货号 Код продукту	尺寸 Розмір	抽样数量	Обсяг вибірки	不合格品数量 Кількість дефектів	接收/拒绝 Прийняти/Відхилити	检验结果 Результат перевірки		
O32IELG193002	M		250 шт	0	21/22	Пройдено		
O32IELG192002	L		250 шт	0	21/22	Пройдено		
B. 外观检验 Зовнішній вигляд								
抽样标准 Відбір проб		ISO 2859-1, I		接收标准 ДМЯ		严重缺陷 Критичні дефекти		0/1
						主要缺陷 Серйозні дефекти		1.5
						次要缺陷 Незначні дефекти		4.0
货号 Код продукту	尺寸 Розмір	抽样数量 Обсяг вибірки	严重缺陷 Критичні дефекти	主要缺陷 Серйозні дефекти	次要缺陷 Незначні дефекти	接收/拒绝 Прийняти/Відхилити	检验结果 Результат перевірки	
O32IELG193002	M	250 шт	0	0	3	21/22	Пройдено	
O32IELG192002	L	250 шт	0	0	5	21/22	Пройдено	
C. 尺寸 Розміри								
抽样标准 Відбір проб		ISO 2859-1, S-2		接收标准 ДМЯ		4.0		
序号	货号	尺寸	长	宽	掌厚	检验结果		



L-QM-IC0015-F05B ver.1.1

— 6x4 2250  
20 222 87



LYNCMED MEDICAL TECHNOLOGY (Beijing) CO.,LTD

联医医疗科技（北京）有限公司

报告编号 Номер звіту.:20210102001

No.	Код продукту	Розмір	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Товщина пальця (мм)	Товщина долоні (мм)	Результати перевірки
1	O32IELG19 3002	M	240	95	0.065	0.06	Пройдено
2	O32IELG19 2002	L	240	107	0.065	0.06	Пройдено

D.物理性能 Фізичні характеристики

抽样标准 Вибір проб		I шт/розмір		接收标准 ДМЯ		4.0
序号 No.	货号 Код продукту	尺寸 Розмір	拉力 Межа міцності на розрив(H)	断裂伸长率 Подовження при розриві (%)	检验结果 Результат перевірки	
1	O32IELG19 3002	M	21.97	489	Пройдено	
2	O32IELG19 2002	L	20.38	444	Пройдено	

检验员 Інспектор

日期 Дата:



张

