

[Бланк компанії Ашур Тек. (Ханчжоу) Ко. Лтд.]

## СЕРТИФІКАТ АНАЛІЗУ

ОПИС ПРОДУКТУ: МІЛІСТАН Комфорт назальний тест  
Експрес-тест для визначення антигена вірусу COVID-19

КОД ПРОДУКТУ	НОМЕР СЕРІЇ	РОЗМІР СЕРІЇ	ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ ТЕРМІНУ ПРИДАТНОСТІ	ДАТА ВИРОБНИЦТВА	ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД
COV-S35002	I2209113	5000 шт.	08.2024	09.2022	Відповідає вимогам

### РЕЗУЛЬТАТИ ВИПРОБУВАННЯ ПРОДУКТУ

Параметр	Об'єкт випробування	Результати випробування	Критерії контролю якості	ВІДПОВІДНІСТЬ ВИМОГАМ (ТАК/НІ)
Специфічність	Буфер	Негативні	Негативні	ТАК
	Негативні зразки	Негативні	Негативні	ТАК
Чутливість	Контроль якості – високі значення	Позитивні	Позитивні	ТАК
	Контроль якості – низькі значення	Позитивні	Позитивні	ТАК

### ВИРОБНИЦТВО ПРОДУКТУ:

У продукті та під час його виробництва не використовуються жодні радіоактивні матеріали будь-якого виду.

Вищезазначений продукт не містить вірусів, проміжних продуктів реакцій вірусів і проміжних продуктів метаболізму вірусів гепатиту А, В, С та D.

Якщо цей продукт поставляють у нефасованому вигляді, компанія Ашур Тек. (Ханчжоу) Ко. Лтд. (Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd.) не несе жодної відповідальності щодо претензій з приводу упаковки та інформації, що зазначається на етикетці.


ІПідписі

12-10-2022

Керівник відділу з забезпечення якості/Дата

Переклад вірний (Перекладач Представництва "Мілі Хелскере Лімітед" в Україні)  
Губарець Діана Ігорівна, диплом магістра КВ № 46023211, виданий 15.02.2014  
(спеціальність "Переклад") ( Губарець Діана Ігорівна ) дата 03.11.2022

Вх. ор. № 1244  
Вр 04.01.24



## CERTIFICATE OF ANALYSIS

PRODUCT DESCRIPTION: COV-19 antigen Nasal Test

PRODUCT CODE	LOT NUMBER	LOT AMOUNT	EXPIRATION DATE	MFG DATE	PHYSICAL APPEARANCE
COV-S35002	I2209113	5000PCS	2024.08	2022.09	Qualified

### PRODUCT TEST RESULTS

Parameter	Test Item	Test Results	QC Criteria	PASS(Y/N)
Specificity	Buffer	Negative	Negative	YES
	Negative samples	Negative	Negative	YES
Sensitivity	QC-High	Positive	Positive	YES
	QC-Low	Positive	Positive	YES

### PRODUCT MANUFACTURING:

No radioactive material of any kind is utilized in the product, or in the manufacturing of the product.

The product specified above does not contain any virus, reagent by-product of the same, or metabolic by-product of Hepatitis A, B, C, or D.

If this product is shipped as bulk, Assure Tech (Hangzhou) Co., Ltd. assumes no responsibility for the packaging and label claims.

*Yanci*

2022.10.12

Quality Assurance Manager/Date

**Assure Tech. (Hangzhou) Co., Ltd.**

Building 4, No. 1418-50, Moganshan Road, Gongshu District, Hangzhou, Zhejiang 310011, China  
Tel: +86-571-81022698·Fax: +86-571-88865920·www.diareagent.com