



ПрАТ Фармацевтична фабрика "Віола"

Свідоцтво про атестацію фізико-хімічної лабораторії відділу контролю якості № 311 від 22.09.2016 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками
Свідоцтво про атестацію мікробіологічної лабораторії відділу контролю якості № 338 від 09.03.2017 р.
Державна служба України з лікарських засобів та контролю за наркотиками

69063, вул. Академіка Амосова, 75, м.Запоріжжя

(061)764-43-37

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № ГП-02316 від 6 травня 2024 р.

Назва медичного виробу: **Бинт марлевий медичний нестерильний 7 м*14 см**

Номер партії: 12

Термін придатності: Квітень 2029 р.

Дата виробництва (випуску) продукції: 30 квітня 2024 р.

Кількість продукції в серії: 15 612 шт

Аналіз виконано згідно: ГОСТ 1172-93

Результати аналізу:

Найменування показників	Допустимі норми	Результати випробувань
Опис	Бинти повинні бути без швів із відрізаною крайкою	Відповідає
	Допускається наявність необрізаної крайки або крайки з бахромою на внутрішньому краї бинта довжиною не більше 0,5 м	Відповідає
Довжина	7,0 ± 0,3, м	6,9
Ширина	14,0 ± 1,0, см	14,6
Розривне навантаження	Не менше 78 Н (8 кгс)	Відповідає
Капілярність	Не менше 7,0 см/год	7,1
Товщина спресованих бинтів	Не більше 35 мм	26,3
Упаковка	У поліпропіленову плівку	Відповідає
Маркування	На упаковці зазначають: Найменування та товарний знак виробника, розміри бинта, позначка про дату стерилізації (для стерильних), серію, дату упаковки	Відповідає

Умови зберігання: У сухому, захищеному від світла місці

Висновок: Відповідає вимогам ГОСТ 1172-93

Дата 06.05.2024

Начальник ВКЯ

Каллер І.В.

Штамп



Вх 017 038
big 10.05.24

