



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №4

Назва продукції	Виконання
Індивідуальний перев'язувальний пакет кровоспинний стерильний, ТМ "Білосніжка"	з однією подушкою 30см x 30см ІППК 1 (30/30)

Виробник	ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність	ДВ- 7
Дата виготовлення	2024-04
Дата закінчення терміну придатності	2029-04
Номер партії (LOT)	04
НД, відповідно до якого проводиться перевірка	ТУ У 21.2-38935759-010:2016

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Склад виробу	Еластичний бинт, одна поглинальна подушечка, п/е плівка, пластикові фіксатори (С-подібна скоба та зажим для фіксації).	Відповідає
2	Розмір подушечки: довжина, см ширина, см	30,0-1,0 30,0-1,0 плюсові відхилення не обмежуються	Відповідає
3	Поглиняльна здатність подушечки, мл	≥ 400	Відповідає
4	Розмір бинта: довжина, м ширина, см	2,5-0,2 15,0-1,0 плюсові відхилення не обмежуються	Відповідає
5	Розтяжність еластичного бинта, %	≥ 100	Відповідає
6	Поверхнева щільність еластичного бинта, г/м ²	≥ 130	Відповідає
7	Розмір п/е плівки: довжина, см ширина, см	30,0±2 30,0±2	Відповідає
8	Товщина плівки, мкм, не менше	30	Відповідає
9	Герметичність споживчого пакування	Пакування повинно бути герметичним	Відповідає
10	Стерильність	стерильний	Відповідає
11	Маркування, пакування	пп.3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-010:2016	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-010:2016

Начальник ВТК
(Посідає)



(Signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 04.2024р.

38935759
big 010524

