

ТОВ «АРГОПЛАСТ»

Україна, 04119, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139

Тел.: +380678254351 E-mail: argo_plast@ukr.net

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 012/04-2022 від 05.04.2022р.

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Пластир медичний бактерицидний на нетканій основі 25 mm × 72 mm № 20 «FP Family Plast»
НОМЕР ПАРТІЇ	FP202204417
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	7850 шт
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2022-04
ВИКОРИСТАТИ ДО	2027-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	ТУ У 21.2-40101305-001:2016

ОПИС	Пластир являє собою стрічку нетканого матеріалу, на одну сторону якої рівномірно шаром нанесена пластирна маса і прикріплений просякнутий антисептиком тампон нетканого матеріалу, та захисну плівку, яка покриває всю клейку сторону стрічки тампоном
------	--

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.2.1; п.3.2.2; п.6.5	На поверхні пластиру відсутні зморшки, ділянки забруднення, сторонні включення	Відповідає
Розміри	Довжина 72 mm ± 5%	72 mm	Відповідає
	Ширина 25 mm ± 5%	25 mm	Відповідає
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.4.1; п.6.18	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ, додатку Б	Відповідають
Відповідність вимогам пакування	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.20	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.6; п.6.20	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

ВИМОГИ ДО ЗБЕРІГАННЯ: Зберігати в сухому місці при температурі від +5°C до +30°C

ВИСНОВОК: Пластир медичний бактерицидний на нетканій основі 25 mm × 72 mm № 20 «FP Family Plast» партії FP202204417, дата виготовлення квітень 2022р, відповідає вимогам ТУ У 21.2-40101305-001:2016 за перевіреними показниками.

ДАТА ОФОРМЛЕННЯ: 05.04.2022р

Керівник системи управління якістю



Юридична адреса: Україна, 04199, м.Київ, вул.Зоологічна, буд.4-А, офіс 139
Р/р26004588761800 в ПАТ «Укрсиббанк», МФО 351005, ЄДРПОУ 40101305.

*Вх ам №2023
13.04.23*