



**ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія
«Марля Клуб Калита»**

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,
вул. Центральна, буд. 17, Україна
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

Паспорт

Серветка марлева медична стерильна тип 17

К-сть шарів: 4 шарів

Розмір 16 см x 14 см
№2

Код партії/Lot: №004. 2024.09.17

Дата виготовлення: **2024.09.17**
рік/місяць/число

Кількість продукції у партії **17600 шт.**

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

Результати випробувань

Найменування випробувань	Норма	Результат
Матеріал	Марля медична відбілена згідно з ДСТУ EN14079:2009	Відповідає
Тип марлі	17	Відповідає
К-сть ниток	100+/-5	95
По основі	70+/-5	65
По утоку	23,0	23,5
Поверхнева густина, не менше	16см±1,0см	15,95см
Довжина	14,0см±1,0 см	13,95 см
Ширина	Не менше 80%	Відповідає*
Ступінь білизни*	Не менше 7,0 см	Відповідає*
Капілярність*		
Розривне навантаження не менше:		Відповідає*
По основі	50	
По утоку	30	
Упаковка маркування	За ТУ У 21.2-33156937- 001:2015	Відповідає*

*- за результатами контролю акредитованої лабораторії
Висновок: **відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015**

Термін придатності до: **2029.09.**

Місце печатки:

Начальник ВТК: Товмаш
(прізвище)



17600 шт № 1713 Сер 041124