



ПАСПОРТ КАЧЕСТВА

24

Предприятие-изготовитель **ООО "Гельтек-Медика"**

Наименование изделия Гель для физиотерапии век
"Блефарогель 2"

Номер партии 2В0721.30 У

Дата изготовления июль 2021 г.

Количество 86,4 кг

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

№ п/п	Наименование показателя	Технические требования	Результаты испытаний
1	Внешний вид	Однородная гелеобразная масса без посторонних примесей	Однородная гелеобразная масса без посторонних примесей
2	Водородный показатель pH	5,0 - 7,5	6,8
3	Вязкость по Брукфильду, Па·с (RVDV, скорость сдвига 7,5 с-1) при 23°C	2,0 - 8,0	6,8
4	Комплектность	ТУ 9398-020-76063983-2009	Соответствует
5	Маркировка	ТУ 9398-020-76063983-2009	Соответствует
6	Масса геля в потребительской таре, г	15,0±0,2	15,0
7	Смачиваемость поверхности кожи	Обеспечивает смачиваемость поверхности кожи	Обеспечивает смачиваемость поверхности кожи
8	Упаковка	ТУ 9398-020-76063983-2009	Соответствует
9	Цвет	Зеленоватый	Зеленоватый

Заключение: изделие соответствует требованиям ТУ 9398-020-76063983-2009

Гарантийный срок годности 3 года с даты изготовления. Хранить при температуре от +5 до +30°C. Не допускается хранить на прямом солнечном свете и вблизи отопительных приборов.



Специалист СККиТ № 2

Маркова Т.В.



Дата составления:

05.08.2021

№. акт. № 0968 Всп 29.11.2021