

JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.

CERTIFICATE OF ANALYSIS

Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»

Name of Sample Назва	Kinesio tape 5 cm × 5 m Blue «H Dr. House» Пластир медичний Кінезіо тейп 5 cm (cm) × 5 m (m) «H Dr. House» (голубий)	Specification Розмір	5 cm (cm) × 5 m (m)
Order No./ Заказ №	LXC23080888	Lot No./ Партія №	23080888
Quantity Кількість	4 320 pcs 4 320 шт.	Test Date Дата перевірки	2023.10.12
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153024	Date of report Дата звіту	2023.10.12
Дата виготовлення	2023.10	Термін придатності	2028.09

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Od. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Тест перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	The tape Should be clean, The back does not leak plastic, should be homogeneous, Smooth, no stains, no holes, there is no point degumming. Стрічка має бути чистою, зворотна сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обклеювання.	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	mm	≥500.0	500	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	mm	5.0±0.2	5.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею	g/m ²	≥40	72	OK Відповідає	
4.4	Peel strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	3.6	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20153024/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153024

Інспектор(Inspektor): _____

Рецензент(Review): _____

Затверджувач(Approver): _____

