



Zhejiang Hongyu Medical Commodity Co., LTD

Add: No. 668 Chanhua Road, Yi'nan Industrial Area, Yiwu City, CHINA.
Tel: 0086-579-85581308 Fax: 0086-579-85582308

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Найменування продукту: Стерильний хірургічний пластир на нетканій основі з іонами срібла «ЛЕОПЕД»

Розмір : 5см x 9см
Серія : 20240403
Дата виробництва : 2024.04
Термін придатності до : 2029.03
Тип клейкого слою : гіпоалергенний на основі акрилу
Матеріал : пориста, еластична неткана основа

Ми підтверджуємо, що вищевказаний продукт протестований, проінспектовано і відповідає своїм характеристикам. Результати проведених аналізів наступні:

| <u>Метод контролю</u> | <u>Одиниця вимірювання</u> | <u>Стандарт</u> | <u>Метод</u> |
|---|----------------------------|-----------------|--------------|
| Вага клеючої речовини | г/м ² | мін.35 | YY0148 |
| Вага носія | г/м ² | мін.50 | YY0148 |
| Межа міцності вага подушечки | гф/см | мін.200 | YY0148 |
| Міцність на розтяг | г/м ² | мін.71 | YY0148 |
| | % | мін. 2.0 | YY0148 |
| Передача водних парів у клейовій речовині | г/м ² | мін.500 | YY/T0471.1 |
| Поглинання | % | мін.300 | YY/T0471.1 |

Метод стерилізації: з використанням оксид етилену
EN 552: 1995

Кількість в упаковці : 50 пластирів

Кількість в коробі : 40 уп.

** Зберігати в сухому місці при температурі від 5⁰С до 30⁰С

Хан Чанг Минг
R&D і адміністрація контролю якості

Дата: 01.04.2024

My. Qiu 1578 by 10.10.24 BL