



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

83

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №9

Назва продукції	Виконання			
	Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна, ТМ "Білосніжка"	рулон	25 г	
50 г				
100 г			✓	
250 г				

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-1

Дата виготовлення

2024-09

Дата закінчення терміну придатності

2030-09

Номер партії (LOT)

09

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-001:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД				Результати перевірки
		25 г	50 г	100 г	250 г	
1	Склад	Базовна				Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Вата медична повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаровуватись на паралельні шари довірливої товщини. Вата медична фасована у вигляді рулону				Відповідає
3	Засміченість, %, н/б	1,50				Відповідає
4	Наявність сторонніх домішок: голочок, скзалок, та ін.	Не допускається				Відповідає
5	Вологість, %, н/б	8,0				Відповідає
6	Здатність до поглинання, г, н/м	19				Відповідає
7	Капілярність, мм, н/м	67				Відповідає
8	Реакція водної витяжки	Нейтральна				Відповідає
9	Ступінь білизни для нестерильної вати, %, н/м	66				Відповідає
10	Запах	Не допускається				Відповідає
11	Маркування та пакування	п.п. 3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-001:2014				Відповідає
12	Маса вати, г	25±2,0	50±4,0	100±5,0	250±10,0	Відповідає
13	Цілісність споживного пакування	Пакування повинно бути цілісним				Відповідає
12	Розміри пакунків вати, мм	(80±10) x (37±5)	(80±10) x (53±5)	(100±10) x (78±10)	(160±20) x (90±20)	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-001:2014.

Начальник ВТК
(Посада)



(Signature)
(Підпис)

Наталя Сушич
(Посада)



Дата оформлення паспорту: 09.10.24

Вх. ам. № 0253
09.10.24