



SIA TONUS ELAST Reg. Nr. 40003264768 Nicas nov., Nicas pag., "Pilskalni", LV-3473, Latvija  
 Tālrunis: 634 31547, 634 34482, 634 84205, 26515350 fakss: 634 31280 E-pasts: info@tonus.lv www.tonus.lv

**ПАСПОРТ КАЧЕСТВА**  
**Корректор осанки медицинский эластичный,**  
 для нижнего отдела позвоночника, с жесткими вставками,  
 модель ELAST 0109

**Корректор осанки медицинский эластичный,**  
 для нижнего грудного и поясничного отделов позвоночника, с жесткими моделируемыми вставками  
 модель ELAST 0109-01

2017 год 07 августа

№ партии	04.2017
Дата выпуска	Апрель 2017 года
Состав сырья, %	Полиэстер – 30 Латекс – 20 Пенополиуретан – 25 Нейлон – 10 Хлопок – 15

Наименование показателей	Норма по нормативно-техническому документу	Результаты испытаний
Количество типоразмеров	4	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Изменение линейных размеров по ширине, мм	+/- 10	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Изменение линейных размеров при крое по длине, мм	Не более 5	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Изменение линейных размеров при пошиве на один шов, мм	Не более 2	Соответствует ТУ TN LR 210301169-06-1998
Нитки (швейные)	Сертификаты качества от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 27712
Параметры основного материала (поролон)	Сертификаты качества от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 08.HTR.59671
Застёжка <i>velcro</i>	Сертификаты качества от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 97.0.7661 FI Hohenstein
Вспомогательные материалы (отделочная лента)	Сертификаты качества на от поставщика	Соответствует Oeko – Tex Standard 100 Test - No. 35388
Растяжимость, %	Не менее 80	221
Поверхностная плотность г/кв.м:	не менее 550	560
Разрывная нагрузка, кгс:	не менее 15	

Заключение: изделие соответствует требованиям технических условий ТУ TN LR 210301169-06-1998  
 Гарантийный срок хранения – 5 лет.

Технолог вязального производства

Технолог швейного производства

Вх. ак. № 1276  
 1277  
 1278  
 1279



08 15.09.17