



ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія  
«Марля Клуб Калита»

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,  
вул. Центральна, буд. 17, Україна  
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

## Паспорт

### Бинт марлевий медичний нестерильний тип 17

Розмір 5x10 см

Код партії/Lot: 005.2024.10.17

Дата виготовлення: 2024.10.17  
ррр. місяць. час

Кількість продукції у партії 18600 шт.

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

### Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту за ТУ	Норма для бинту	Результат
Довжина	3.2.3	5.0±0.2 м	4.8 м
Ширина	3.2.3	10.0±0.5 см	10.0 см
Діаметр	3.2.4	Не більше 29 мм	20 мм
Ступінь білизни*	3.3.5	Не менше 70%	Відповідає*
Капілярність*	3.3.5	Не менше 6.5 см	Відповідає*
Розривне навантаження по довжині	3.3.5	Не менше 69 Н	Відповідає*
Упаковка маркування	3.5.3.6	За ТУ У 21.2-33156937-001:2015	Відповідає*

\*- за результатами контролю акредитованої лабораторії

Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015 Термін придатності до: 2029.10.  
ррр. місяць

Місце печатки:

Начальник ВТК: Товмачук  
(прізвище)



*Розмір 5x10 см 18600 шт 2024.10.17*