



СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (пестерильні, без пудри, хлоровані, текстуровані)
Розмір: S, M, L
Виробник: ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях "Sri Trang Gloves (Thailand) Public Company Limited"
Номер партії: 2275
Дата виготовлення: 2021.03
Термін придатності: 2026.03

Параметри, що підлягають перевірці	Результати тесту		
	S	M	L
Розміри			
Відсутність дірок та візуальних дефектів, AQL 1,5	Тест пройдено		
Довжина: мінімум 240мм	245	245	243
Ширина по розмірам S: 80±10 мм M: 95±10 мм L: 110±10 мм	83	94	107
Товщина в зоні пальців, не менше 0,08мм	0,13	0,12	0,13
Товщина в зоні долоні, не менше 0,08мм	0,10	0,10	0,10
Текстурована поверхня	Відповідає вимогам		
Сила при розриві (Н) до тесту на старіння середнє значення: 6,5Н	7,9	7,7	7,5
Сила при розриві (Н) до тесту на старіння середнє значення: 6Н	7,6	7,5	7,6
Міцність на розрив до тесту на старіння матеріалу, мінімум 18 Мпа	29	28	26
Міцність на розрив після тесту на старіння матеріалу, мінімум 14 Мпа	27	28	27
Міцність на розтяг до тесту на старіння матеріалу ≥650%	756	761	751
Міцність на розтяг після тесту на старіння матеріалу ≥500%	773	794	783
Залишкова кількість пудри: максимум 2,0	0,5		
Внутрішню поверхню оброблено методом хлорування	Відповідає вимогам		
Примітка	Результати тесту – це середня величина трьох індивідуальних тестових показників		

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам стандарту EN455-1; EN455-2; EN455-3; EN455-4

Номер технічного файлу та декларації відповідності СУЯ відповідає міжнародному стандарту
СУЯ відповідає стандарту України
Менеджер систем якості *О.Д.*
Дата видачі сертифікату: 05.07.2021

№ 24.1-SR
ISO 13485:2016
ISO 13485:2016



Ф 4.2.3-1_red_1

Вх ОД № 1845 від 16.07.21