

**QUALITY CERTIFICATE / СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ**

**Пластик медичний Кінезіо тейп, 5см x 5 м (білий)**

**Kinesio tape 5 cm x 5 m**

Date of manufacture / Дата виготовлення - 2023-07

Expiry date / Термін придатності - 2028-06

LOT number / Партія - 230171

Name / Назва		Unit / Одиниця виміру	Technical data / Технічні дані	Technical Requirement / Технічна вимога	Actual Result / Фактичний результат
Appearance / Зовнішній вигляд			Plaster is a clean, even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластик чистий, гладкий, промазаний клеєм, без плям, на задній частині пластиру не нанесений клей	Plaster should be Clean even smeared and no seepage, the back should not ooze the Glue / Пластик повинен бути чистим, гладким, промазаним клеєм, без плям, на задню частину пластиру не наноситься клей	OK / Відповідає
Size / Розмір	Width / ширина	cm	5 cm x 10 m	Permissible deviation of linear sizes not more than 10% / Допустимі відхилення лінійних розмірів не більше 10%	OK / Відповідає
	Length / довжина	m			OK / Відповідає
Glue content / Вміст клею		g/m <sup>2</sup>	45	≥ 35 g/m <sup>2</sup>	OK / Відповідає
Peel strength / Міцність на розрив		N/cm	2.5	≥ 1%	OK / Відповідає
Adhesiveness / Клейкість		mm	0	≥ 2.5 mm	OK / Відповідає
Elastic ratio / коефіцієнт пружності		%	170	≥ 150%	OK / Відповідає
The conclusion: The product in conformity with the technical requirements of standard / Висновок: продукт відповідає технічним вимогам стандарту					

Liepaja special economic zone LLC "NordePlast"  
 Ліепайська спеціальна економічна зона ТОВ «НордеПласт»

Quality management system specialist Polina Berga /  
 Фахівець із управління системи якості Поліна Берга



Liepaja/Liepaja  
 06.10.2023

*Вулиця №1930 біля 2102.40*