



СЕРТИФІКАТ БІОЛОГІЧНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ

ПРОДУКТ: СТЕРИЛЬНІ ГОЛКИ PIC INSUPEN ДЛЯ ІНСУЛІНОВИХ ШПРИЦ-РУЧОК
G29X12 мм

КОД: 02022988000030

ПАРТІЯ №: 2204751

ВІД: 04/2022

ДАТА ЗАКІНЧЕННЯ СТРОКУ ПРИДАТНОСТІ: 04/2027

ПРОТОКОЛ №: 173388

Результат

| | |
|------------------------------------|------------------------------------|
| ТЕСТ НА СТЕРИЛЬНІСТЬ: СТЕРИЛЬНІ | ПРОБА НА ПРОГЕННІСТЬ: АПРОГЕННІ |
|------------------------------------|------------------------------------|

Казтанате-кон-Бернате, 29/09/2022


Технічне управління з медичних виробів

підпис

МЕТОД: ІТАЛІЙСЬКА ОФІЦІЙНА ФАРМАКОПЕЯ ТА ПОТОЧНА
ЄВРОПЕЙСЬКА ФАРМАКОПЕЯ
ОРИГІНАЛЬНІ АНАЛІТИЧНІ ДОКУМЕНТИ РОЗТАШОВАНІ У RIKDARE UP30

| | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-----------|
| RIKDARE | CERT_00043 | Ред. 02 Дата видання 01/05/20 | Стор. 1/1 |
| Підготовлено : Corengia M. *підпис* | перевірено: Ciociola D. *підпис* | Затверджено: Branchi P. *підпис* | |

Переклад вірний. Переклад здійснив перекладач ПрАТ «ІНДАР» Релецька О.А. Диплом №43086243, видалий Київською гуманітарною академією 30.01.2013.



Вх ок 2059105 13.12.22