



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"  
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58  
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua  
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

## ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

Назва продукції	Виконання	
Вата медична гігроскопічна гігієнічна нестерильна, ТМ "Білосніжка"	зигзагоподібна стрічка	50 г
		100 г
		200 г ✓
		500 г

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-1

Дата виготовлення

2024-10

Дата закінчення терміну придатності

2030-10

Номер партії (LOT)

10

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 21.2-38935759-001:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД				Результати перевірки
		50 г	100 г	200 г	500 г	
1	Склад	Бавовна				Відповідає
2	Зовнішній вигляд	Вата медична повинна бути добре прочесана, зберігати зв'язок між волокнами і легко розшаруватись на паралельні шари довільної товщини. Вата медична фасована у вигляді зигзагоподібної стрічки				Відповідає
3	Засміченість, %, н/б	1,50				Відповідає
4	Наявність сторонніх домішок: голочок, скалок, та ін.	Не допускається				Відповідає
5	Вологість, %, н/б	8,0				Відповідає
6	Здатність до поглинання, г, н/м	19				Відповідає
7	Капілярність, мм, н/м	67				Відповідає
8	Реакція водної витяжки	Нейтральна				Відповідає
9	Ступінь близьки для нестерильної вати, %, н/м	66				Відповідає
10	Запах	Не допускається				Відповідає
11	Маркування, пакування	п. 3.5, 3.6 ТУ У 21.2-38935759-001:2014				Відповідає
12	Маса вати, г	50±4,0	100±5,0	200±9,0	500±20,0	Відповідає
13	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним				Відповідає
14	Розміри пакунків вати мм	(80±10) x (190±15) x (50±5)	(90±10) x (280±15) x (50±5)	(110±10) x (360±15) x (70±5)	(320±20) x (200±15) x (190±10)	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-001:2014.

Начальник (Посвід.)



*(Підпис)*

Начальник (П.Б.)



Дата оформлення паспорту 10.10.24

Роз. ам. №1163 від 23.10.24