HEMOPLAST®

9

ПАСПОРТ ЯКОСТІ
№ 99

Виріб Ємкість для біологічних рідин (50 ml, стерильна)
ТУ У 33.1-00480922-059-2002

Номер партії 003
Кількість, шт. 8017
Дата виготовлення 2024 04
Придатно до 2029 03
Код 24089

Найменування основних показників	Вимоги ТУ У 33.1-00480922-059-2002	Результати випробувань
1. Цілісність споживчої тари	Споживча тара з вкладеною в неї ємкістю або ємкостями повинна бути цілісна.	Відповідає
2. Комплектність	В комплект постачання ємкостей в споживчій таріповинно входити: 1) Корпус – 1 шт. 2) Кришка (кришка з ложкою для ємкості для забору калу) – 1 шт. 3) Етикетка для нанесення інформації (для ємкостей: для збору сечі, для збору калу, для біологічних рідин) – 1 шт. 4) Етикетка – 1 шт в групову або транспортну тару	Відповідає
3. Зовнішній вид	Поверхня ємкостей повинна бути без тріщин, недоливів	Відповідає
4. Стійкість до відкривання та закривання кришки та герметичність з'єднання кришки з корпусом	Ємності повинні витримувати не менше чотирьох циклів відкривання та закривання кришки, при цьому з'єднання кришки з корпусом повинно бути герметичним.	Відповідає
5. Стерильність	Ємності повинні бути стерильними	Відповідає

Висновок: Ємкості виготовлені на підприємстві з впровадженою системою управління якості ISO 9001, ДСТУ EN ISO 13485, вироби відповідають вимогам «Технічного регламенту щодо медичних виробів для діагностики *in vitro*» та ТУ У 33.1-00480922-059-2002, що підтверджено Декларацією про відповідність № 017 (ред.А) від 05.01.2023)

Заступник директора з якості Фабрисова В.
Дата 30.04.2024

ТОВ «Гемопласт», вул. Маяковського,
м. Білгород-Дністровський, Одеська область, 67700, Україна
Код ЄДРПОУ 40068132; ІПН 400681324
Тел (+380484913-15-62; факс (+380484913-15-02; www.hemoplast.ua;
e-mail:commerce@hemoplast.ua

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОВ «ГЕМОПЛАСТ» Білгород-Дністровське міське об'єднане страхове товариство «УКРАЇНА» Одеська обл. Білгород-Дністровський р-н м. Білгород-Дністровський ЗАТ «ТЕЛЕКОМПАНІЯ ГЕМОПЛАСТ» Ідентифікаційний код 40068132 ПЕЧАТКА ЯКОСТІ

Зх аш N 0203 від 18.09.24