

Сертифікат аналізу

Продукт Система для вимірювання рівня глюкози в крові

Номер партії продукту 99GM550E4A

Номер Лоту 2550WCN

Номер серії 2550WCN0001~2550WCN1000

Номер лоту Смужки 2122C2416

Найменування	Визначення	Дані аналізу
Тестування контрольним розчином (Низько)	Значення має перебувати в межах діапазону регулювання показаних на флаконі смуги. 1. Діапазон регулювання на флаконі смуги: низький 1.4-3.1 mmol/L нормальний 4.8-6.5 mmol/L високий 12.9 - 17.4 mmol/L	Тестування розчином низького рівня 2.0-2.3 mmol/L
Тестування контрольним розчином (Норм)		Тестування розчином нормального рівня 5.5-6.0 mmol/L
Тестування контрольним розчином (Високо)		Тестування розчином високого рівня 15.1-16.0 mmol/L
Підсумкова оцінка продукту	Пройдено <input checked="" type="checkbox"/> НЕ Пройдено <input type="checkbox"/>	

Умови зберігання: Зберігати при 4-30°C

Термін придатності 24 місяці

Стандарти відповідності : ISO 15197:2013, ISO 13485:2016 та 98/79/EC

Дата виробництва: 2022.12.23

Термін придатності: 2024.12.22

Importer in Ukraine/Імпортер в Україні :ТОВ Долфі-Україна вул. Березинська 24-А м. Дніпро

Sue Su QA Supervisor Carol Chau QA Manager



Вхат 055605 180917