ТОВ "Допомога – І"
www.dopomoga1.com
e-mail:
medicare@dopomoga1.com

MEDICARE®

Контактний номер:
Офіс - 380 44 463 77 75

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Виріб:	**Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (стерильні, не текстуровані, з пудрою)**
Розмір:	**М**
Виробник:	**ТОВ «ДОПОМОГА-І»**
Номер партії:	**0824 2**
Дата виробництва:	**2024.08**
Термін придатності:	**2029.08**
Метод стерилізації:	**окис етилену**

Технічні вимоги **Основні параметри та розміри**	**Результати перевірки**
Перевірка розміру	М
Перевірка злипаємості	Долонна і тильна поверхні відділяються
Довжина (мм), мінімум 240	240
Ширина долоні (мм), 95 ± 10	95
Матеріал	Натуральний латекс
Товщина (в зоні долоні) (мм), 0,09 ± 0,03	0,09
Товщина (в зоні пальців) (мм), 0,11 ± 0,03	0,11
Перевірка форми та зовнішнього виду: відсутність напливів, складок, потьоків, сторонніх включень	Відсутні
Наявність пудри	З пудрою
Перевірка комплектності	П'ятипалі, безшовні. Однакові для обох рук. Одного розміру
Стерильність	Стерильно
Термін зберігання	5 років
Додаткова інформація	Лише для одноразового використання; Повторне використання виробу може стати причиною інфікування

Висновок: *медичний виріб відповідає вимогам стандарту EN455-1; EN455-2; EN455-3; EN455-4*

Номер технічного файлу та декларації відповідності	**№2-Д**
СУЯ відповідає міжнародному стандарту	**ISO 13485:2016**
СУЯ відповідає стандарту України	**ДСТУ EN ISO 13485:2018**

Менеджер систем кості _____**Ольга ДОРОГУНЦОВА**
Дата видачі сертифікату: 06.08.2024

Вх. № 0096
10.09.2024

Ф 4.2.3-1_ред_1