

Паспорт якості № 12/1024-550 від 04.11.2024

Назва продукції: **Медичний виріб : Краплі вушні "ОТОГУТ СКВАЛЕН"**

Номер партії: **312**
 Кількість: **3795**
 Дата виготовлення: **14.10.2024 р.**
 Придатний до: **10.2026 р.**
 Форма випуску: **флакон полімерний крапельний**

Найменування показника	Норма по НТД	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Однорідна рідина без сторонніх домішок. Допускається невелике помутніння або осад.	Відповідає
Колір	Властивий кольору використаної сировини.	Світло-жовтий
Запах	Специфічний, властивий запаху використаної сировини.	Відповідає
Показник концентрації іонів водню, рН, у.о.	5,0 - 8,0	6,2
ТАМС (загальна кількість аеробних мікроорганізмів), КУО в 1г або 1 мл	100	<10
Наявність бактерій родини Enteribacteriaceae, в 1,0 г, не більше	Не дозволено	Відповідає
ТУМС (загальна кількість дріжджових та пліснявих грибів), КУО в 1г або 1 мл	10	<10
Staphylococcus aureus в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Pseudomonas aeruginosa в 1,0 г	Не дозволено	Відповідає
Об'єм, мл	10,0 ± 9%	10,0
Пакування	Відповідність ТФ №UA.TR.753.MD.32644872/OS-001	Відповідає
Маркування	Відповідність ТФ №UA.TR.753.MD.32644872/OS-001	Відповідає

Висновок: виріб відповідає вимогам ТФ №UA.TR.753.MD.32644872/OS-001

Дата випуску: **04.11.2024 р.**

Начальник лабораторії


Устаф

І.О. Дігтяр

Умови зберігання : вироби зберігають у пакуванні виробника, в сухому, захищеному від світла приміщенні при температурі від +5 °С до +25 °С.

*Всє сєл 04.11.2024
05.11.2024*

Головний технолог



Н.С. Нікітенко