



АТ «ЛУБНИФАРМ»
 УКРАЇНА, 37500, м.Лубни, вул. Баранківка, 16
 тел. (05361) 777-61, 709-26, факс 777-31



Сертифікат якості № 1544

Сертифікат відповідності № UA.MD.331-21 від 14.01.2022 р. до 09.02.2026 р.

**БИНТИ МАРЛЕВІ МЕДИЧНІ
 СТЕРИЛЬНІ (7м x 14см)**
 (тип марлі 17)

Номер партії 15-2022

Кількість продукції в партії 7.015 т. шт.

Дата виробництва 21.12.2022 р.

Випробування проведені згідно ТУ У 21.2-00480951-007:2018

№ п/п	Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
1.	Лінійні розміри бинтів:		
	довжина	7,0 ± 0,3 м	6,87 м
	ширина	14,0 ± 1,0 см	13,7 см
2.	Товщина бинтів	Не більше 40 мм	28 мм
3.	Круглі форми	Не менше 6,5 см	6,7 см
4.	Розрив навантаження	Не менше 7 кгс	7,4 кгс
5.	Стерильність	Мас бути стерильним	Стерильний
6.	Пакування	У відповідності вимог	У відповідності вимог
7.	Маркування	ТУ У 21.2-00480951-007:2018	Відповідає
8.	Гарантійний термін зберігання	ТУ У 21.2-00480951-007:2018	Відповідає
	Умови зберігання	5 років	2027-12
		У сухому місці	<i>Шепельчук С.В.</i> підпис



Стерилізацію продукції проведено успішно.

Дата стерилізації: 21.12.2022 р.

Висновок: Партія 15-2022 відповідає вимогам ТУ У 21.2-00480951-007:2018



Шепельчук С.В.
підпис

Шепельчук С.В.
підпис

Вх акт № 1144 big 03.09.24
 ДОЗВОЛЕНО ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
 УДОВІРОВАЖЕНА ОСОБА
Шуль М.Г. 23.12.2022