

ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а  
e-mail: [office@meddev.group](mailto:office@meddev.group) тел./факс: +38 044 501 92 16

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 243/0524

### Пластик косметичний В-Health ПЛЮС від мозолів, бородавок №5

Серія № 1470624

Дата виготовлення: 06. 2024

Термін придатності: 06. 2029

Кількість продукції в серії: 1 206 уп.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 602-123-20-2/15338 від 18.05.2017р.

Аналіз виконано за ТУ У 21.2-39289080-004:2017

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п. 3.2.2.2	Косметичний пластик тілесного кольору на полімерній основі, з пінополіетиленовим кільцем без зморшок, забруднення, сторонніх включень	Відповідає
Токсиколого-гігієнічні показники	Не $\geq 4$ балів (ДСанПіН №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми»)	1 бал*	Відповідає
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^3$	Менше $10^{**}$	Відповідає
	Staphylococcus aureus, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Escherichia Coli, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Pseudomonas aeruginosa, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
Розміри пластирів	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^2$	Менше $10^{**}$	Відповідає
	Довжина – 6,3 см Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.1	6,30 см	Відповідає
Густина	Ширина – 1,9 см Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.1	1,90 см	Відповідає
	Густина клейкої речовини, 20 г/м <sup>2</sup> Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	128,7 г/м <sup>2**</sup>	Відповідає
Комплектність, маркування, пакування	Густина основи, 50 г/м <sup>2</sup> Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	256,9 г/м <sup>2**</sup>	Відповідає
	Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.4:3.5	Комплектність виробу відповідає затвердженню специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженню макетам.	Відповідає


\* Випробування проведено Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки ім.єп. академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України.

\*\* Випробування проведено Державним підприємством «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

**Висновок:** Пластик косметичний В-Health ПЛЮС від мозолів, бородавок №5 серії 1470624, дата виготовлення: 06.2024, відповідає вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5°C до плюс 35°C.

Заступник директора з виробництва  
04.06.2024 р.



Зименко О.В.

№ 04 080 6  
19.11.2024