

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Рукавички оглядові латексні "MEDICARE" (нестерильні, не текстуровані, з пудрою)  
Розмір: М  
Виробник: ТОВ «Допомога-І», на виробничих потужностях "TOP GLOVE SDN. BHD."  
Номер партії: 114008913LPDA  
Дата виготовлення: 16.03.2022  
Термін придатності: 15.03.2027

№	Параметр, що підлягає перевірці	Вимоги		Результати тесту
		Рівень перевірки	AQL	
1.	Відсутність отворів	GI	1,5	Тест пройдено
2.	Значні візуальні дефекти	GI	2,5	Тест пройдено
3.	Незначні візуальні дефекти	GI	4,0	Тест пройдено
4.	Ширина рукавички (мм)	М	95 ±10мм	94 – 96мм
5.	Довжина рукавички (мм)	М	240мм	244 – 247мм
6.	Товщина в зоні пальців (мм)		0,08мм	0,11 – 0,12мм
7.	Товщина в зоні долоні (мм)		0,08мм	0,08 – 0,09мм
8.	Міцність на розрив до тесту на старіння (МПа)		18 МПа	21,1 – 23,6МПа
9.	Міцність на розрив після тесту на старіння (МПа)		14 МПа	17,4 – 19,3МПа
10.	Міцність на розтяг до тесту на старіння		650%	816 – 875%
11.	Міцність на розтяг після тесту на старіння		500%	620 – 674%

**Висновок:** медичний виріб відповідає вимогам стандарту EN455-1; EN455-2; EN455-3; EN455-4

Номер технічного файлу та декларації відповідності  
СУЯ відповідає міжнародному стандарту  
СУЯ відповідає стандарту України

№ 24.1-Т  
ISO 13485:2016  
ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості

Дата видачі сертифікату: 17.11.2022

Ольга ДОРОГУНЦОВА



Вх. ак. № 1334  
13.05.24