



**ТОВ «Торгово ВиробничаКомпанія  
«Марля Клуб Калита»**

Київська обл., Миронівський р-н., с. Центральне,  
вул. Центральна, буд. 17, Україна  
тел./факс (044) 205-42-38, (39, 40)

## Паспорт

### Бинт марлевий медичний стерильний тип 17

Розмір 7x14 см

Код партії/Lot: **006.2024.11.07**

Дата виготовлення: **2024.11.07**  
рік/місяць/число

Кількість продукції у партії **18080 шт.**

Випробування проведені у відповідності з ТУ У 21.2-33156937-001:2015

### Результати випробувань

Найменування випробувань	Номер пункту за ТУ	Норма для бинту	Результат
Довжина	3.2.3	7,0±0,3 м	6,8 м
Ширина	3.2.3	14,0±0,5 см	13,95 см
Діаметр	3.2.4	Не більше 50 мм	35 мм
Ступінь білизни*	3.3.5	Не менше 70%	Відповідає*
Капілярність*	3.3.5	Не менше 6,5 см	Відповідає*
Розривне навантаження по довжині	3.3.5	Не менше 69 Н	Відповідає*
Упаковка маркування	3.5,3.6	За ТУ У 21.2-33156937-001:2015	Відповідає*

сировина марля - 100% бавовна

\*- за результатами контролю акредитованої лабораторії

**Висновок: відповідає вимогам ТУ У 21.2-33156937-001:2015** Термін придатності до: **2029.11.**

Місце печатки:

Начальник ВТК: Товматра

(привласнює підпис)



Врач 1298

26.11.2024