

Сертифікат якості

Кільце маточне

Номер кільця _____ №3 _____

Кількість(шт.) _____ 120 _____

Дата виготовлення _____ 2024.10 _____

Номер партії _____ 2024.10 _____

Термін придатності _____ 2026.10 _____

ТУ У 6-00152253.021-99

№ п/п	Найменування показників	Норма	Факт
<i>Санітарно-хімічні показники витягнень із кільць маточних:</i>			
1	Зміна величини рН	± 1.0	+ 0.14
2	Відновлення домішку	не більше 1 мл 0.02Н розтвору Na ₂ S ₂ O ₃	0.15
3	Метали: цинк, мг/л, не більше свинець миш'як	1.0 Відсутні Відсутні	Відсутні Відсутні Відсутні
Технічні характеристики			
4	Герметичність	Вироби повинні бути герметичними	Відповідають вимогам
5	Стійкість до дезинфекції	Виріб повинен витримувати дезинфекцію з 3% розчином перекису водню згідно з ОСТ 42-21-2	Відповідають вимогам
6	Зовнішній вигляд	Поверхності виробів повинні бути гладкими, без тріщин, заусенець, недоливів, заґрязнень.	Відповідають вимогам
7	Розміри кільць	Повинні відповідати вимогам п. 2.2.2	Відповідають вимогам
8	Матеріали	Вироби повинні бути виготовлені з матеріалів, дозволених органами охорони здоров'я	Доз. МЗ України № 05.03.02.-04/12177
9	Пружність	Повинні відповідати вимогам п. 2.3.5	Відповідають вимогам

Заключення: кільця маточні відповідають вимогам ТУ У 6-00152253.021-99

Технічний контроль:



Вх одд № 2389 від 11.10.24