


Звіт про перевірку

Номер замовлення		HJEDU200911002-001		Дата виготовлення		2020-12		
Постачальник		LM		Термін придатності		2025-12		
Найменування		Рукавички оглядові латексні опудрені нестерильні ТМ "MP Medplast" (медичні)		Номер партії		202012		
Кількість		S		M		L		XL
Шт		-		1825000		1825000		-
Вид перевірки								
А. Кількість								
Код продукту	Розмір	Кількість замовлення (Ящиків)	Фактична кількість (Ящиків)	Коробок у Ящику (Коробок)	Обсяг вибірки (Ящиків)	Шт у Коробці	Обсяг вибірки (Коробок)	Результат перевірки
O32IELG19 3002	M	1825	1825	10	23	100	250	Пройдено
O32IELG19 2002	L	1825	1825	10	23	100	250	Пройдено
В. Зовнішній вигляд								
Прокол								
Відбір проб		ISO 2859-1, I		ДМЯ			4.0	
Код продукту	Розмір	Обсяг вибірки		Кількість дефектів	Прийняти/Відхилити		Результат перевірки	
O32IELG19 3002	M	250 шт		0	21/22		Пройдено	
O32IELG19 2002	L	250 шт		0	21/22		Пройдено	
В. Зовнішній вигляд								
Відбір проб		ISO 2859-1, I		ДМЯ		Критичні дефекти		0/1
						Серйозні дефекти		1.5
						Незначні дефекти		4.0
Код продукту	Розмір	Обсяг вибірки	Критичні дефекти	Серйозні дефекти	Незначні дефекти	Прийняти/Відхилити		Результат перевірки
O32IELG19 3002	M	250 шт	0	0	4	21/22		Пройдено
O32IELG19 2002	L	250 шт	0	0	3	21/22		Пройдено
С. Розміри								
Відбір проб		ISO 2859-1, S-2					4.0	





LYNCMED MEDICAL TECHNOLOGY (Beijing) CO.,LTD

联医医疗科技（北京）有限公司

报告编号 Номер звіту.:20210102001

No.	Код продукту	Розмір	Довжина (мм)	Ширина (мм)	Товщина пальця (мм)	Товщина долоні (мм)	Результати перевірки
1	O32IELG19 3002	M	240	95	0.07	0.06	Пройдено
2	O32IELG19 2002	L	240	106	0.06	0.06	Пройдено

D. Фізичні характеристики

Вибір проб		13шт/розмір		ДМЯ	4.0
No.	Код продукту	Розмір	Межа міцності на розрив(H)	Подовження при розриві (%)	Результат перевірки
1	O32IELG19 3002	M	21.97	480	Пройдено
2	O32IELG19 2002	L	20.38	455	Пройдено

检验员Інспектор

Дата: 2021.03.05



Handwritten signature



Важ. акт №01 від 02.04.2022