

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18028, тел. +38 (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП 8-СОП-1-В, версія 2024 01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №12

Назва продукції	Виконання
Бинт медичний еластичний стрічковий середньої розтяжності, ТМ "Білосніжка"	шириною 8,0 см, довжиною 1,0 м
	шириною 8,0 см, довжиною 1,5 м
	шириною 8 0 см, довжиною 2,0 м
	шириною 8 0 см довжиною 2,5 м
	шириною 8,0 см, довжиною 3,0 м
	шириною 8 0 см, довжиною 4,0 м
	шириною 8,0 см, довжиною 5,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 1,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 1,5 м
	шириною 10,0 см, довжиною 2,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 3,0 м
	шириною 10 0 см, довжиною 4,0 м
	шириною 10,0 см, довжиною 5,0 м

Виробник
Декларація про відповідність
Дата виготовлення
Дата закінчення терміну придатності
Номер партії (LOT)
НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
ДВ-5
2024-12
2029-12
12
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Еластична стрічка не вибілена білого або тьмяного кольору без зовнішніх дефектів Краї бинта обметані	Відповідає
2	Ширина, см	(8,0±0,5) (10,0±0,5)	Відповідає
3	Довжина, м	(1,0±0,05), (1,5±0,05) (2,0±0,05), (2,5±0,05) (3,0±0,15), (4 0±0,2) (5,0±0 2)	Відповідає
4	Розтяжність, %	від 130 до 190	Відповідає
5	Поверхнева щільність, г/м²	від 100 до 900	Відповідає
6	Розривне навантаження, Н (кгс), не менше	147 (14)	Відповідає
7	Кривизна бинта см на 100 см не більше	5	Відповідає
8	Стійкість до прання та усадки % не більше	20	Відповідає
9	Комплектність маркування та пакування	пп 3 5, 3 6, 3 7 ТУ У 32 5-38935759-004 2014	Відповідає
10	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32 5-38935759-004 2014


Начальник ВТК
(Підпис)



(Handwritten signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(І.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 12 2024р



ВР АН 50425
04.12.24 *(Handwritten signature)*