



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

Назва продукції	Виконання
Пояс зігріваючий еластичний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 68 до 75 см Окружність стегон від 96 до 101 см)
	розмір №3 (Окружність талії від 76 до 81 см Окружність стегон від 102 до 107 см)
	розмір №4 (Окружність талії від 82 до 87 см Окружність стегон від 108 до 113 см) ✓
	розмір №5 (Окружність талії від 88 до 98 см Окружність стегон від 114 до 119 см)
	розмір №6 (Окружність талії від 99 до 109 см Окружність стегон від 120 до 128 см)
	розмір №7 (Окружність талії від 110 до 120 см Окружність стегон від 129 до 137 см) ✓

Виробник
Декларація про відповідність
Дата виготовлення
Дата закінчення терміну придатності
Номер партії (LOT)
НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
ДВ-5
2024-10
2029-10
10
ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробках не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м ²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100	Відповідає
5	Комплектність, маркування та пакування	пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
6	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(Посада)



С.Г.М. (Підпис)

Дата оформлення паспорту 10.10.2024



Наталя СУХІНІНА
(П.Б.)

Вх-акт № 0101 від 11.10.2024
№ 0098