

УКРАЇНА
 ТОВ «АУП САРЕПТА-МЕДІПЛАСТ»
 м. Донецьк, вул. Поліграфічна, 18
 тел. +38 062 3047424
 факс. + 38 0622527018

Атестована
 ДП "Донецькстандартметрологія"
 18.02.13 № ВЛ-033/ 2013

Відділ контролю якості

СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 564

Лейкопластир **Спест**® протиастудний
 з евкаліптом 10 x 18 см

Дата виготовлення: жовтень 2013 р

№ серії: 281013

Кількість продукції в серії: 350 000 шт

Аналіз виконано за ТУ У 24.4-30962188-003:2005, змінами 1,2,3,4 до реєстраційного посвідчення № 4127/2005 від 08.06.2012 р

Найменування показників	Вимоги нормативної документації	Результати випробувань
Зовнішній вигляд	Лейкопластирі не повинні мати плям, забруднень та складок.	Лейкопластирі не мають плям, забруднень та складок
Особливості	Лейкопластир на тканинній основі з лейкомасою, від білого до жовтого кольору, зі своєрідним запахом, ефірної олії евкаліпта, з перфорацією або без неї. Прилипаючий шар лейкопластиру захищений плівкою, ламінованим або сілконізованим папером. Лейкопластир запований в паперову чи іншу упаковку.	Лейкопластир на тканинній основі з лейкомасою, білого кольору, своєрідним запахом ефірної олії евкаліпта, з перфорацією. Прилипаючий шар лейкопластиру захищений сілконізованим папером. Лейкопластир запований в паперову упаковку.
Клеючий шар лейкопластирів	Клеючий шар лейкопластирів має бути рівномірно нанесений на основу і не повинен відриватися від основи при зніманні плівки (паперу) і при розмотуванні.	Клеючий шар лейкопластирів рівномірно нанесений на основу і не відривається від основи при зніманні паперу.
Розмір	(10,0±0,5 x 18,0±0,5) см	(9,9x17,9) см
Комплектність	Згідно вимог ТУ	1 шт
Пакування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Маркування	Згідно вимог ТУ	Відповідає
Зберігання	В сухому, захищеному від світла та обігрівачів місці, при температурі від 10°C до 35°C, з відносною вологістю повітря до 80 % при 25°C.	Відповідає
Строк придатності	5 років	5 років

Висновок: Лейкопластир **Спест**® протиастудний з евкаліптом 10 x 18 см № серії 281013 відповідають вимогам ТУ У 24.4-30962188-003:2005 за перевіреними показниками

Начальник ВКЯ *В.І. Дякова* І.Г.
 31.10.13 р.



Ву. м. Поліграфічна 18 08.10.14 Іван