

44

/Лого Фармаміленіум/

Сертифікат аналізу

БЛЕФАВІС СЕРВЕТКИ ДЛЯ ЗОНИ НАВКОЛО ОЧЕЙ медичний виріб, клас Іа

Серія: 23239


Дата виробництва: 12/2023

Контроль сировини

ТЕСТ	МЕТОД	СПЕЦИФІКАЦІЯ	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУ	ВІДПОВІДНІСТЬ (В-НВ)
Зовнішній вигляд	SPC02 rev. 01	Прозорий розчин. Не містить сторонніх часточок.	Прозорий розчин. Не містить сторонніх часточок.	В
Колір	SPC02 rev. 01	Від безбарвного до жовтого	Блідо-жовтий	В
Запах	SPC02 rev. 01	Без запаху	Без запаху	В
Ph	SPC02 rev. 01	6,00 – 8,00	7,82	В
Густина г/мл	SPC02 rev. 01	0,95 – 1,05	1,00	В

Кодування відповідності:

- В (відповідає)
- НВ (не відповідає)



Дата: 04/12/2023

Технічний менеджер /підпис/

Сертифікат аналізу

Назва: Серветки для зони навколо очей медичний виріб, клас Іа Серія: 23239

Вх. ак. №1322
17.04.24

