

28

**JIANGSU NANFANG MEDICAL CO., LTD.**  
**CERTIFICATE OF ANALYSIS**

**Сертифікат аналізу на пластирі медичні «H Dr. House»**

Name of Sample Назва	Tape cotton "H Dr. House" Пластир медичний на тканинній основі "H Dr. House"	Specification Розмір	1cm×500cm, 1,25cm×500cm, 2cm×500cm, 3cm×500cm, 4cm×500cm, 5cm×500cm
Order No./ Заказ №	LXC21101146	Lot No./ Партія №	21101146
Quantity Кількість	111 600 Rolls 111 600 шт.	Test Date Дата перевірки	2022.02.22
Check Standard Стандарт перевірки	Su Chang machinery equipment 20153030	Date of report Дата звіту	2022.02.22
Дата виготовлення	2022.01	Термін придатності	2026.12

Check result/Результат перевірки

Serial No./ №	Item Tested Назва	Unit Од. виміру	Technical Requirement Технічні вимоги	Data of Tes(Mean) Результат перевірки (середній)	Actual Result Відповідність	
4.1	Appearance Зовнішній вигляд	---	The tape Should be clean, the back does not leak plastic, should be homogeneous, smooth, no stains, no holes, there is no point degumming Стрічка має бути чистою, зворотня сторона не пропускає клей, поверхня має бути гладкою, без плям, без отворів, без обезклеювання	---	OK Відповідає	
4.2	Basic Size Розмір	Backing Length Довжина	cm	≥495.0	501.3	OK Відповідає
		Backing Width Ширина	cm	1.0/1.25±0.05 2.0/3.0/4.0/5.0±0.1	1.00/1.25 2.0/3.0/4.0/5.0	OK Відповідає
4.3	Glue content Вміст клею	g/m <sup>2</sup>	≥80 g/m <sup>2</sup>	109	OK Відповідає	
4.4	Peel off strength Міцність на відрив	N/cm	≥1.0	2.8	OK Відповідає	
4.5	Adhesiveness Адгезивність	mm	≤2.5mm	0	OK Відповідає	

Test Conclusion: The produkt in conformity with the requirements of standart Su Chang machinery equipment 20153030/Висновки перевірки - продукт відповідає вимогам стандарту Su Chang machinery equipment 20153030

Інспектор(Inspektor): \_\_\_\_\_

Рецензен(Review): \_\_\_\_\_

Затверджувач(Approver): \_\_\_\_\_



by. am 0036  
by. aa 0013  
0037  
0038

big 20.02.2023  
big 20.02.2023  
20.02.2023  
20.02.2023

Perk  
Perk