



# ТОВ "КИЕВФАРМГРУПП"

Україна, 02140, м. Київ, вул. Ревуцького, буд. 54, офіс 284,

тел. +380 68-378-33-15 e-mail: [biolika22@gmail.com](mailto:biolika22@gmail.com)

Код ЄДРПОУ 39572899 ІВАН UA303052990000026008016700076

ПАТ «Приватбанк» ІПН 395728926510

13

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ №490/04-2023 від 12.04.2023

НАЗВА ПРОДУКЦІЇ	Аерозольний рідкий водостійкий пластр AEROSKIN в алюмінієвому балончику 50мл +BioLika™
НОМЕР ПАРТІЇ	B 202304050-APR01
КІЛЬКІСТЬ В ПАРТІЇ	25 000 шт.
ДАТА ВИГОТОВЛЕННЯ	2023-04
ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ	2026-04
ВІДПОВІДНІСТЬ	TU Y 32.5-39572899-001:2018

ОПИС	Аерозольний рідкий водостійкий пластр AEROSKIN в алюмінієвому балончику являє собою розчин етилацетата, акрилата та сополімера.
------	---


Найменування показників	Вимоги ТУ	Результат випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	Згідно вимогам ТУ п.3.3; п.3.3.2; п.6.15.1	Алюмінієвий балон з розпилювачем, без зовнішніх пошкоджень, відсутні забруднення, сторонні вклучення	Відповідає
Розміри флакону	Висота 108 мм (h 108mm)	108 мм	Відповідає
	Діаметр 35 мм (d-35mm)	35 мм	
Сировина та матеріали	Згідно вимогам ТУ п.3.3.1; п.6.7	Комплектуючі та матеріали згідно вимогам ТУ	Відповідає
Номинальний об'єм	Згідно вимогам ТУ п.3.5; п.6.15.1	Упаковка згідно вимогам ТУ	Відповідає
Відповідність вимогам маркування	Згідно вимогам ТУ п.3.4; п.6.16	Маркування згідно вимогам ТУ	Відповідає

Вимоги до зберігання: Зберігати в сухому місці при температурі +5°C до +30°C

Висновок: Аерозольний рідкий водостійкий пластр AEROSKIN в алюмінієвому балончику 50мл +BioLika™ партії B 202304050-APR01, дата виготовлення квітень 2023 року, відповідає вимогам ТУ Y 32.5-39572899-001:2018 за перевіреними показниками.

Дата оформлення: 12.04.2023 року.

Начальник ВТК ТОВ «Киевфармгрупп»



Ключков Д.Г.



Хан 18195 140428