

Паспорт
на Тест для діагностики вірусного гепатиту С
СІТО TEST® Гепатит С
ТУ У 24.4-32208905-002:2010

серія: HCV24080003
каталожний номер: ВНЕРССС31
використати до: 04.08.2026 р.

1. Показники специфікації:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ ТЕСТУВАННЯ	ЧАС ДОСЛІДЖЕННЯ
ЧУТЛИВІСТЬ	Позитивний	10 хвилин
СПЕЦИФІЧНІСТЬ	Негативний	20 хвилин

2. Зовнішній вигляд та комплектність:

ПОКАЗНИК	РЕЗУЛЬТАТ
Тест-касета	Пройшов
Піпетка	Пройшов
Буфер	Пройшов
Серветки спиртові 2 шт.	Пройшов
Рукавички медичні нестерильні	Пройшов
Скарифікатор (ланцет)	Пройшов
Інструкція	Пройшов

Показники якості Тесту для діагностики вірусного гепатиту С СІТО TEST® Гепатит С, серія HCV24080003, відповідають ТУ У 24.4-32208905-002:2010. Серію визнано придатною до використання.

Менеджер з контролю якості: Вустенко М.

Підпис
Дата 18.10.2024 р.

Вч ен № 0332
25.11.2024

