

86

Виробник: АТ «Галичфарм», т/ф. (0322) 949907

Адреса місця проведення контролю якості: Україна, 79024, м. Львів, вул. Опришківська 6/8, Відділ контролю якості

Свідоцтво про атестацію: №191 від 19.09.2013р.

Сертифікат якості № 110602
Морсол Екстра
спрей назальний під тиском, в балоні по 100 мл (гіпертонічний)

| | |
|-----------------------------------|--|
| Серія | 0064382 |
| Кіл-ть в серії | 9,023 тис. уп |
| Дата виробництва | 16.11.2022 |
| Дата видачі сертифікату | 28.11.2022 |
| Аналіз виконано у відповідності з | Специфікація до технічного файлу TF.MD.001 rev.2 |

| № | Найменування показника | Вимоги МКЯ/АНД | Результат аналізу |
|---|-------------------------|---|-------------------|
| 1 | Опис | Рідина від жовто-коричневого до червоно-коричневого кольору. | Відповідає |
| 2 | Ідентифікація | A. Спостерігається жовто-зелена флуоресценція розчину. | Відповідає |
| | | B. Спостерігається яскраве жовто-зелене забарвлення розчину. | Відповідає |
| 3 | pH | Від 5,0 до 8,5 | 7,2 |
| 4 | Мікробіологічна чистота | Загальне число життєздатних аеробних мікроорганізмів (ТАМС) - 100 КУО в 1 мл. | Відповідає <10 |
| | | Загальне число дріжджових і плісневих грибів (ТУМС) - 10 КУО в 1 мл. | Відповідає <1 |
| | | Відсутність Staphylococcus aureus в 1 мл. | Відповідає |
| | | Відсутність Pseudomonas aeruginosa в 1 мл. | Відповідає |
| 5 | Об'єм вмісту упаковки | Не менше 100 мл. | 100 |
| 6 | Упаковка | Згідно Специфікації до технічного файлу TF.MD.001 rev.2 | Відповідає |
| 7 | Маркування | Згідно затвердженого оригінал макету | Відповідає |

Термін придатності: 5.00 р.

Придатний до: 15.11.2027

Умови зберігання: Зберігати в оригінальній упаковці при температурі не вище 25 °C у недоступному для дітей місці.

Не проколювати та не кидати у вогонь після використання.

Висновки: Відповідає вимогам Специфікація до технічного файлу TF.MD.001 rev.2

60 Начальник ВКЯ
Уповноважена особа з якості

Уляна Миколаївна Чавус



Вх.ан. д 1196 від 26.12.23 1-1