

(Логотип: Рош)

Сертифікат аналізу

Номер за каталогом 07124112220
Продукт Тест-смужки Акку-Чек® Актив 50 шт. / Accu-Chek Active 50 Tests

Партія 29520732

23.07.2024
Стор. 01 з 01

Параметр	Одиниця вимірювання	Результат
Контроль нижньої межі 1	мг/дл	41
Контроль верхньої межі 1	мг/дл	71
Контроль цільового значення 1	мг/дл	56
Контроль нижньої межі 2	мг/дл	137
Контроль верхньої межі 2	мг/дл	186
Контроль цільового значення 2	мг/дл	161
Контроль нижньої межі 1	Мілімоль/л	2,3
Контроль верхньої межі 1	Мілімоль/л	3,9
Контроль цільового значення 1	Мілімоль/л	3,1
Контроль нижньої межі 2	Мілімоль/л	7,6
Контроль верхньої межі 2	Мілімоль/л	10,3
Контроль цільового значення 2	Мілімоль/л	9,0
Випробування робочих характеристик	-	відповідає
Контроль середнього значення 1	мг/дл	59
Контроль середнього значення 2	мг/дл	169
Правдоподібна перевірка за допомогою крові	-	відповідає
Тест на однорідність	-	відповідає

Ця партія відповідає нашій специфікації.

Дата виготовлення: 05.07.2024
Дата закінчення строку дії: 04.04.2026

Підпис: Френк Рейхерт (Frank Reichert)
[23.07.2024]
Керівник відділу контролю якості

Цей сертифікат роздруковано з комп'ютера, тому він не містить власноручного підпису.

Frank Reichert
M. S. Hupp