



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №10

| Назва продукції | Виконання | |
|---|---------------------------|---------|
| Серветка марлева медична чотиришарова, стерильна, тип 17, ТМ "Білосніжка" | 16см×14см (8см×4см) | 1 шт. |
| | 16см×14см (8см×4см) | 5 шт. |
| Серветка марлева медична двошарова, стерильна, тип 17, ТМ "Білосніжка" | 45см×29см (12см×5,5см) | 1 шт. ✓ |

Виробник: ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
Декларація про відповідність: ДВ-4
Дата виготовлення: 2024-10
Дата закінчення терміну придатності: 2029-10
Номер партії (LOT): 10
НД, відповідно до якого проводиться перевірка: ТУ У 21.2-38935759-003:2014

| № з/п | Найменування показників | Вимоги НД | | Результати перевірки |
|-------|--|--|-----------|----------------------|
| | | 16см×14см | 45см×29см | |
| 1 | Зовнішній вигляд | пп.3.4.1-3.4.8 ТУ У 21.2-38935759-003:2014 | | Відповідає |
| 2 | Довжина розгорнутої серветки, см | 16-1,0 | 45-1,5 | Відповідає |
| 3 | Ширина розгорнутої серветки, см | 14-1,0 | 29-1,5 | Відповідає |
| 4 | Довжина складеної серветки, см | 8-1,0 | 12-1,0 | Відповідає |
| 5 | Ширина складеної серветки, см | 4-0,25 | 5,5-1,0 | Відповідає |
| 6 | Капілярність, см, не менше | 6,5 | 6,5 | Відповідає |
| 7 | Герметичність споживчого пакування | Пакування повинно бути герметичне | | Відповідає |
| 8 | Стерильність | Стерильні | | Відповідає |
| 9 | Тип марлі згідно ДСТУ EN 14079:2009 | п.3.3.1 ТУ У 21.2-38935759-003:2014 | | 17 |
| 10 | Комплектність, маркування та пакування | пп.3.5-3.7 ТУ У 21.2-38935759-003:2014 | | Відповідає |

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 21.2-38935759-003:2014


Начальник ВТК
(Підпис)



(Handwritten signature)
(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(п.і.б.)

Дата оформлення паспорту 10.2024р.



Pro acc n 0095 bip 08.11.2024 ef