



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"
(ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ")

вул. Максима Залізняка, 165А, м. Черкаси, 18018, тел. (0472) 64 40 58
e-mail: info@ukrmedtextile.com.ua, web: ukrmedtextile.com.ua
Код ЄДРПОУ 38935759

Ф-АП.8-СОП-1-В, версія 2024.01

ПАСПОРТ ЯКОСТІ №11

Назва продукції	Виконання
Бандаж післяопераційний, ТМ "Білосніжка"	розмір №1 (Окружність талії від 60 до 67 см Окружність стегон від 86 до 95 см)
	розмір №2 (Окружність талії від 67 до 75 см Окружність стегон від 95 до 101 см)
	розмір №3 (Окружність талії від 75 до 81 см Окружність стегон від 101 до 107 см)
	розмір №4 (Окружність талії від 81 до 87 см Окружність стегон від 107 до 113 см)
	розмір №5 (Окружність талії від 87 до 98 см Окружність стегон від 113 до 119 см)
	розмір №6 (Окружність талії від 98 до 109 см Окружність стегон від 119 до 128 см)
	розмір №7 (Окружність талії від 109 до 120 см Окружність стегон від 128 до 137 см) ✓
	розмір №8 (Окружність талії від 120 до 137 см Окружність стегон від 137 до 145 см)

Виробник

ТОВ "УКРМЕДТЕКСТИЛЬ"

Декларація про відповідність

ДВ-5

Дата виготовлення

2024-11

Дата закінчення терміну придатності

2029-11

Номер партії (LOT)

11

НД, відповідно до якого проводиться перевірка

ТУ У 32.5-38935759-004:2014

№ з/п	Найменування показників	Вимоги НД	Результати перевірки
1	Зовнішній вигляд	Дефекти у виробках не допускаються	Відповідає
2	Розтяжність, %	не менше 70	Відповідає
3	Поверхнева щільність, г/м ²	від 100 до 900	Відповідає
4	Розривне навантаження, Н (кгс)	не менше 100 (10)	Відповідає
5	Комплектність, маркування та пакування	пп.3.5, 3.6, 3.7 ТУ У 32.5-38935759-004:2014	Відповідає
6	Цілісність споживчого пакування	Пакування повинно бути цілісним	Відповідає

Висновок: Партія медичних виробів відповідає вимогам ТУ У 32.5-38935759-004:2014.

Начальник ВТК
(Посада)



(Підпис)

Наталія СУХІНІНА
(П.І.Б.)

Дата оформлення паспорту 11.2024р.



Всего 0722

29.10.2024