


СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ

Назва виробу: Бинт марлевий медичний стерильний "MEDICARE" 5м x 10см, тип 17
Розмір: 5м x 10см
Виробник: ТОВ «Допомога-І», м. Яготин, вул. Шевченка 13, Київська обл., 07700, Україна
Номер партії: 0623 1
Дата виготовлення: 2023-06
Термін придатності: 2028-06

Найменування показників	Вимоги	Результати тестування	Результати перевірки
Довжина виробу, м	5,0 ± 0,2	5,0	Відповідає вимогам
Ширина виробу, см	10,0 ± 0,5	10,0	Відповідає вимогам
Товщина, мм	не більше 25	24	Відповідає вимогам
Розривне навантаження, Н	не менше 50	62,38	Відповідає вимогам
Мінімальна поверхнева густина, г/м ²	не менше 23	26,1	Відповідає вимогам
Кількість ниток за основою на 100 мм	100±5	100	Відповідає вимогам
Кількість ниток за утком на 100 мм	70±5	67	Відповідає вимогам
Матеріал	100% бавовна	100%	Відповідає вимогам
Капілярність, см/год	не менше 6,5	6,8	Відповідає вимогам
Білизна, %	не менше 75	80,68	Відповідає вимогам
Час занурення, с	не більше 10	6	Відповідає вимогам
Стерильність	Виріб має бути стерильним	Стерильний	Відповідає вимогам

Висновок: медичний виріб відповідає вимогам специфікацій
Номер технічного файлу та декларації відповідності
СУЯ відповідає міжнародному стандарту
СУЯ відповідає стандарту України

9-Д
ISO 13485:2016
ДСТУ EN ISO 13485:2018

Менеджер систем якості  О. В. Дорогунцова
Дата видачі сертифікату: 06.07.2023



Вх. ош. 151536
18.07.23
