



ТОВ «Калина медична виробнича компанія» 04070, м. Київ, вул. Боричів Тік, 35а  
e-mail: [office@meddev.group](mailto:office@meddev.group) тел./факс: +38 044 501 92 16

## СЕРТИФІКАТ ЯКОСТІ № 117/0324

Пластир косметичний +103  
6 см (см) x 10 см (см)  
від мозолів, бородавок

Серія № 890324

Дата виготовлення: 03. 2024

Термін придатності: 03. 2029

Кількість продукції в серії: 4 006 уп.

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи: № 602-123-20-1/15338 від 18.05.2017р.

Аналіз виконано за ТУ У 21.2-39289080-004:2017

Найменування показників	Вимоги ТУ	Результати випробувань	Висновок
Зовнішній вигляд	На поверхні пластиру не повинно бути зморшок, ділянок забруднення, сторонніх включень. Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п. 3.2.2.2	Косметичний пластир тілесного кольору на тканинній основі, без зморшок, забруднення, сторонніх включень	Відповідає
Токсиколого-гігієнічні показники	Не $\geq 4$ балів (ДСанПіН №2.2.9.027-99 «Санітарні правила і норми безпеки продукції парфумерно-косметичної промисловості. Державні санітарні правила та норми»)	1 бал*	Відповідає
Мікробіологічні показники	Загальне число аеробних мікроорганізмів (ТАМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^3$	Менше $10^{**}$	Відповідає
	Staphylococcus aureus, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Escherichia Coli, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Pseudomonas aeruginosa, у 1,0 г	Не виявлено**	Відповідає
	Загальне число дріжджових та плісневих грибів (ГУМС) КУО/г, не більше $1 \cdot 10^2$	Менше $10^{**}$	Відповідає
Розміри пластирів	Довжина – 10 см $\pm$ 5мм Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	10,00 см	Відповідає
	Ширина – 6 см $\pm$ 5мм Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	6,00 см	Відповідає
Густина	Густина клейкої речовини, 23 г/м <sup>2</sup> Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	148.0 г/м <sup>2**</sup>	Відповідає
	Густина основи, 50 г/м <sup>2</sup> Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 п.3.2.2.3	168.0 г/м <sup>2**</sup>	Відповідає
Комплектність, маркування, пакування	Згідно вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017	Комплектність виробу відповідає затвердженим специфікаціям. Маркування виробу відповідає затвердженим макетам.	Відповідає

\* Випробування проведене Науковим центром превентивної токсикології, харчової та хімічної безпеки імені академіка Л.І.Медведя Міністерства охорони здоров'я України.

\*\* Випробування проведене Державним підприємством «Черкаський науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації»

**Висновок:** Пластир Косметичний +103 6 см (см) x 10 см (см) від мозолів, бородавок, натоптишів, серії 890324, дата виготовлення: 03.2024, відповідає вимогам ТУ У 21.2-39289080-004:2017 за перевіреними показниками.

Умови зберігання: температура від плюс 5 до плюс 35

Заступник директора з виробництва  
08.03.2024 р.



*(Handwritten signature)*  
Зименко О.В.

*(Handwritten note)* Пр. акт № 2822 від 28.05.24 ОВ